

Certificado de Calibración

N° de Certificado: RI1944

Fecha de emisión: 16-01-2025

I. DATOS DEL CLIENTE

Empresa : Sociedad Comercial Vila
Rut : 77.421.750-9

II. IDENTIFICACIÓN

Equipo : Llave de Torque Manual 3/4"
Marca : Jonnesway
Modelo : T27600F
Torque máx. : 600 Lb/Pie
N° serie : H231000735
N° lote : S/N
Peso : 5,8 kg
Fecha calibración : 16.01.2025

III. TRAZABILIDAD

Patrón : Transductor de Torque Manual
Marca : NORBAR
Rango : 0 – 1.500 Nm
N° serie : 155689
N° certificado : CG64F23293
Sello de calibración : S/N
Fecha emisión patrón : 17-08-2024
Próxima calibración : 17-08-2025
Validez : 1 Año a partir de su calibración

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad o patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están reflejados a patrones primarios de acuerdo al Sistema Nacional de Unidades (SI).

Fulltorque no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración asociada por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con permiso de Fulltorque.



Paulo Aguilera M.
Control de Calidad




Jonathan Rojas A.
Planificador

Certificado de Calibración

N° de Certificado: RI1944

Fecha de emisión: 16-01-2025

IV. DATOS DEL EQUIPO

Torque máx : 600 Lb/Pie
N° serie : H231000735
N° lote : S/N

V. PRUEBAS DE MEDICIÓN

Lectura de Fabrica	Lectura Instrumento [Patrón]	Desviación [%]
100	100,8	0,4
350	349,3	-0,3
600	601,1	0,8

Según los datos obtenidos en nuestras pruebas, el equipo cumple con las condiciones para su uso, dentro del rango acreditado por nuestra medición.

Full Torque, certifica que la Llave de Torque Manual 3/4", marca JONNESWAY modelo T27600F, fue probada bajo estándares de calidad requeridos por el fabricante, lo que consistió en medir el torque realizado por esta llave, en nuestro banco de prueba certificado.



Paulo Aguilera M.
Control de Calidad



Jonathan Rojas A.
Planificador